CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº 06/04/20/HI771

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO			
Código interno	584	Equipo	Fotómetro Cloro UHR
Modelo	HI 771	Nº de serie	01400019991
Fecha Compra	14/02/2017	Cliente	Desinfecciones y Medio Ambiente S.L.

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS							
Código	HI 771-11 A	Rango	0.00 ppm	Variación max	1 ppm	Caducidad	Febrero 2021
Código	HI 771-11 B	Rango	200 ppm	Variación max	10 ppm	Caducidad	Febrero 2021

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO				
Inspección ocular del instrumento	x	Conforme		No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	x	Conforme		No conforme
Encender y apagar el equipo	x	Conforme		No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	x	Conforme		No conforme
Comprobación del teclado	x	Conforme		No conforme

VERIFICACIONES DE MEDIDAS CON SOLUCIÓN CALIBRADA REAÑIZADAS						
TEMPERATURA	**SOLUCIÓN PATRON**	**MEDICIÓN EQUIPO**	**RESULTADO**			
18 ºC	**0,00 ppm**	**0,01 ppm**	**x**	**conforme**		**No conforme**
TEMPERATURA	**SOLUCIÓN PATRON**	**MEDICIÓN EQUIPO**	**RESULTADO**			
18ºC	**200 ppm**	**199 ppm**	**x**	**conforme**		**No conforme**

Granada a 06 de Abril del 2020.

Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.