

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN**Nº 05/04/21/HI701****DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO**

Código interno	583	Equipo	Fotómetro Cloro libre total
Modelo	HI 701	Nº de serie	01360232991
Fecha Compra	10/03/2017	Propiedad	Hospital Mediterráneo Grupo HLA

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS

NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CADUCIDAD
Calibración checking set for HI 701 STANDARD CUVETTE	SC0925/20	HI 701-11	Diciembre del 2023
	NUMERO LOTE	STANDARD VALUE (PPM)	CADUCIDAD
	HI 701-11A	5909	0.00
	HI 701-11B	5909	1 +/- 0.05
			Diciembre del 2023
			Diciembre del 2023

VERIFICACIONES REALIZADAS CON SOLUCIÓN TAMPON CALIBRADAS

HORA VERIFICACIÓN MEDIDA	TEMPERATURA	LECTURA DEL EQUIPO SOLUCIÓN PATRON	LECTURA DEL EQUIPO SOLUCIÓN PATRON
		0,00 ppm	1 ppm
09.00	18 °C	0,00 ppm	1,02 ppm
09.03	18 °C	0,00 ppm	1,02 ppm
09.05	18 °C	0,00 ppm	1,02 ppm
09.09	18 °C	0,00 ppm	1,02 ppm
09.11	18 °C	0,00 ppm	1,02 ppm

LECTURA MEDIA EQUIPO CON SOLUCIÓN PATRÓN CALIBRADA

VERIFICACIONES REALIZADAS		SOLUCIÓN 00 PPM		SOLUCIÓN 0'50 PPM	
Numero	Temperatura	Lectura media	% desviación	Lectura media	% desviación
5	18 °C	0,00 ppm	0'00	1, 02 ppm	0'02

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Verificaciones de medidas con solución calibrada	X	Conforme	No conforme
Inspección ocular del instrumento	X	Conforme	No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	X	Conforme	No conforme
Encender y apagar el equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación del teclado	X	Conforme	No conforme

* Incertidumbre 0'10 en relación al Valor paramétrico del reactivo calibrado

* Se realizan 5 repeticiones de lecturas con la solución patrón, para obtener una media de lectura estable.

Granada a 05 de Abril del 2021.



Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.