

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN**Nº 06/04/20/PH****DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO**

Código	REV-PH-2017	Equipo	ph Tester
Modelo	HI98115	Nº de serie	H-01270077
Fecha Compra	14/02/2017	Cliente	Desinfecciones y medio ambiente S.L.
Código interno	581	Función	Equipo medidor de P.h

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS


Código	HI 70000	Rango	Solución limpieza	Caducidad	No precisa
Código	HI 70006 C	Rango	pH 6'86	Caducidad	Febrero 2023
Código	HI 70007 C	Rango	pH 7.01	Caducidad	Febrero 2023

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Inspección ocular del instrumento	X	Conforme	No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	X	Conforme	No conforme
Encender y apagar el equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación del teclado	X	Conforme	No conforme

TEMPERATURA	SOLUCIÓN PATRON	MEDICIÓN EQUIPO	RESULTADO		
21 °C	6'86	6'84	X	conforme	No conforme
TEMPERATURA	SOLUCIÓN PATRON	MEDICIÓN EQUIPO	RESULTADO		
21°C	7'02	7'00	X	conforme	No conforme

Granada a 06 de Abril del 2020.

Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.