CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº 05/04/21/HI701

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO

Código interno	583	Equipo	Fotómetro Cloro libre total
Modelo	HI 701	Nº de serie	01360232991
Fecha Compra	10/03/2017	Cliente	Desinfecciones y Medio Ambiente S.L.

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS

Código	HI 93701-A-F	Rango	0.00 ppm	Variación máx	0,03 ppm	Caducidad	Febrero 2022
Código	HI 93701-B-F	Rango	0,50 ppm	Variación máx	0,04 ppm	Caducidad	Febrero 2022

VERIFICACIONES REALIZADAS CON SOLUCIÓN TAMPON CALIBRADAS

HORA	TEMPERATURA	LECTURA DEL EQUIPO DE LA SOLUCIÓN PATRON 0,00 ppm	LECTURA DEL EQUIPO DE LA SOLUCIÓN PATRON 0,50 ppm
09.00	**18 ºC**	**0,01 ppm**	**0,52 ppm**
09.03	**18 ºC**	**0,01 ppm**	**0,52 ppm**
09.05	**18 ºC**	**0,01 ppm**	**0,52 ppm**
09.09	**18 ºC**	**0,01 ppm**	**0,52 ppm**
09.11	**18 ºC**	**0,01 ppm**	**0,52 ppm**

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Inspección ocular del instrumento	**X**	Conforme		No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	**X**	Conforme		No conforme
Encender y apagar el equipo	**X**	Conforme		No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	**X**	Conforme		No conforme
Comprobación del teclado	**X**	Conforme		No conforme
Verificaciones de medidas con solución calibrada	**X**	Conforme		No conforme

Granada a 05 de Abril del 2021.



Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.