

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN**Nº 29/03/21/PH****DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO**

Código	REV-PH-2017	Equipo	ph Tester
Modelo	HI98115	Nº de serie	H-01270077
Fecha Compra	14/02/2017	Cliente	Desinfecciones y medio ambiente S.L.
Código interno	581	Función	Equipo medidor de P.h

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS

Código	HI 70000	Rango	Solución limpieza	Caducidad	No precisa
Código	HI 70006 C	Rango	pH 6'86	Caducidad	Febrero 2023
Código	HI 70007 C	Rango	pH 7.01	Caducidad	Febrero 2023

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Inspección ocular del instrumento	X	Conforme	No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	X	Conforme	No conforme
Encender y apagar el equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación del teclado	X	Conforme	No conforme

VERIFICACIONES REALIZADAS CON SOLUCIONES TAMPÓN CALIBRADAS

HORA	TEMPERATURA	LECTURA DEL EQUIPO DE LA SOLUCIÓN PATRON 6'86	LECTURA DEL EQUIPO DE LA SOLUCIÓN PATRON 7'02
09.07	21 °C	6'84	7'00
09.12	21 °C	6'85	7'00
09.16	21 °C	6'85	7'01
09.20	21 °C	6'84	7'00
09.22	21 °C	6'85	7'01

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Inspección ocular del instrumento	X	Conforme	No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	X	Conforme	No conforme
Encender y apagar el equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación del teclado	X	Conforme	No conforme
Verificaciones de medidas con solución calibrada	X	Conforme	No conforme

Granada a 29 de Marzo del 2021.


Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.