

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN**Nº 06/04/20/HI701****DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO VERIFICADO**

Código interno	583	Equipo	Fotómetro Cloro libre total
Modelo	HI 701	Nº de serie	01360232991
Fecha Compra	10/03/2017	Cliente	Desinfecciones y Medio Ambiente S.L.

SOLUCIONES PATRON CERTIFICADAS

Código	HI 93701-A-F	Rango	0,00 ppm	Variación máx	0,03 ppm	Caducidad	Febrero 2022
Código	HI 93701-B-F	Rango	0,50 ppm	Variación máx	0,04 ppm	Caducidad	Febrero 2022


PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADO

Inspección ocular del instrumento	X	Conforme	No conforme
Colocar la pila, comprobar enganche y tapa	X	Conforme	No conforme
Encender y apagar el equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación de todos los accesorios del equipo	X	Conforme	No conforme
Comprobación del teclado	X	Conforme	No conforme

VERIFICACIONES DE MEDIDAS CON SOLUCIÓN CALIBRADA REAÑIZADAS

TEMPERATURA	SOLUCIÓN PATRON	MEDICIÓN EQUIPO	RESULTADO		
18 °C	0,00 ppm	0,01 ppm	X	conforme	No conforme
TEMPERATURA	SOLUCIÓN PATRON	MEDICIÓN EQUIPO	RESULTADO		
18°C	0,50 ppm	0,49 ppm	X	conforme	No conforme

Granada a 06 de Abril del 2020.



Fdo.: Antonio Fernández Bonilla.
Director Técnico.